

ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 24.11.2023

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

Virusgenom-Nachweis - HIV-1 (RNA) Programm 1 (360):

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

HIV-1 (RNA) - qualitativ (R: B3)

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Kunde:
10050283
Dr. Adrian Mehlitz
Minerva Analytix GmbH
Ladestr. 6
15834 Rangsdorf

Düsseldorf, 21.12.2023



Prof. Dr. med. Michael Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)



Dr. rer. nat. Rolf Kaiser, Dipl.-Biol.
(Ringversuchsleiter)

TEILNAHMEBESCHEINIGUNG

Ringversuch vom 24.11.2023

Sie haben an dem Ringversuch mit folgenden Untersuchungen teilgenommen


Virusgenom-Nachweis - HIV-1 (RNA) Programm 1 (360):

HIV-1 (RNA) - qualitativ (R: B3)

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Kunde:
10050283
Dr. Adrian Mehlitz
Minerva Analytix GmbH
Ladestr. 6
15834 Rangsdorf

Düsseldorf, 21.12.2023



Prof. Dr. med. Michael Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)



Dr. rer. nat. Rolf Kaiser, Dipl.-Biol.
(Ringversuchsleiter)



Auflistung und Bewertung der Ergebnisse

10050283: Dr. Adrian Mehlitz
Minerva Analytix GmbH

Ringversuch vom 24.11.2023

Ringversuchsleiter: **Dr. rer. nat. Rolf Kaiser, Dipl.-Biol.**
 Institut für Virologie
 Universität und Universitätsklinikum zu Köln
 Fürst-Pückler-Straße 56
 50935 Köln

Tel.: +49 221 478-85808
 Mail: rolf.kaiser@uk-koeln.de

360

Virusgenom-Nachweis - HIV-1 (RNA) Programm 1

HIV-1 (RNA) - qualitativ

+

Testname	Einheit	Methode	Hersteller			
		PCR / NAT (395)	EIGENE HERSTELLUNG (ZX)			
Ergebnis (qual)	Probe	Ihre Angabe(n)	Korrekte Angabe(n)	ZW-Art		Kriterien erfüllt
	360A-231107-01	unterhalb Nachweisgrenze/negativ (1)	unterhalb Nachweisgrenze/negativ (1)	SW		+
	360A-231107-02	positiv (3)	positiv (3)	SW		+
	360A-231107-03	positiv (3)	positiv (3)	SW		+
	360A-231107-04	positiv (3)	positiv (3)	SW		+